Réfrigérateur à médicaments DIN 13277, 76 cm ▲ - CoolMed 7654

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch
www.fors.ch

5 FORS GARANTIE

N° d'article original: COOLMED 7654

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 764 – Largeur: 540 – Profondeur: 560
Emballage inclus	mm	Hauteur: 815, Largeur: 575, Profondeur: 617
Dimensions intérieures partie réfrigérateur	mm	Hauteur: 536, Largeur: 444, Profondeur: 440
Poids	kg	Net: 41, Brut: 44
Classe climatique		4
Isolation	mm	48 – 50
Interface		USB
Contact sans potentiel		Oui
Capacité utile réfrigération		75 l
Consommation annuelle d'énergie		493 kWh
Plage de température	°C	2 – 8
Réglage consigne limité	°C	5
Alarme panne de courant		oui, 12 h
Thermostat de sécurité temp. inférieures à		2 °C
Niveau sonore		40 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Courant		1 A
Résistance des surfaces de rangement réfrigération		15 kg

Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement réfrigération	grilles plastifiées
Matériau de la porte/ couvercle	acier
Commande	commande électronique
Display	digital
Système de réfrigération	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigération	automatique

Réfrigérateur à médicaments DIN 13277, 76 cm ▲ - CoolMed 7654

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch
FORS
www.fors.ch

Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite non réversible
Porte à fermeture automatique	Non
Poignée de porte	Poignées intégrées verticales
Serrure	Oui, mécanique
Surfaces de rangement réglables	2
Passage sonde	Oui, 25 mm
Signal d'alarme	visuel et sonore
Éclairage	oui; LED-Deckenbeleuchtung

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Accessoires

CR SENSOR	Capteur de température (avec 1 sonde et certificat)



wenn Nische <570mm breit, steht das Gerät 50mm heraus	si la niche a une largeur <570mm, l'appareil dépasse de 50mm	se la nicchia è larga <570 mm, l'unità sporge di 50 mm



wenn Nische <570mm breit, steht das Gerät 50mm heraus	si la niche a une largeur <570mm, l'appareil dépasse de 50mm	se la nicchia è larga <570 mm, l'unità sporge di 50 mm